



MINISTERIO DA SAUDE

TRANSFEREGOV

Nº / ANO DA PROPOSTA:

070784/2023

OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

O presente pleito tem por objetivo adquirir equipamento de raio x uma vez que o existente é de empresa terceirizado sendo o custo do exame que o hospital paga extremamente alto. A centrifuga de roupa é para substituição de equipamento obsoleto e de pequeno porte. Salientamos que o Hospital não é mantido por administração Pública Municipal, sendo que o CNES é 2252112, comprova ser uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade de atenção especializada em saúde para qualificada a demanda de pacientes, especialmente neste momento que a população foi uma das atingidas pelas enchentes ocorridas no mês de setembro.

PÚBLICO ALVO:

população mensal atendida no hospital de aproximadamente 5.000 pessoas

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

O raio-X instalado no Hospital é de empresa particular tornando inviável a realização dos exames pelo SUS em função do elevado custo por exame. A aquisição do raio x digital trará qualidade e segurança principalmente para. Pacientes de maior gravidade atendidos na emergência e que necessitam de exames imediatamente. A substituição da centrífuga para atender itens de segurança que nosso equipamento não possui e computador o Windows instalado deixou de atualizar desde 2014.

RESULTADOS ESPERADOS:

Realização de exames com baixa radiação para o paciente o que permite uma prestação de serviços com maior segurança, eficiência e qualidade aos pacientes que buscam pelo atendimento através do Sistema Único de Saúde.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

| | |
|--|--|
| CONCEDENTE: 36000 | NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE |
| CPF DO RESPONSÁVEL: ***.005.407-** | NOME DO RESPONSÁVEL: NISIA LIMA |
| ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE | CEP DO RESPONSÁVEL: *****_*** |

2 - DADOS DO PROPONENTE

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|
| PROponente: 87.316.618/0001-43 | | | | | |
| Razão Social do Proponente: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA | | | | | |
| Endereço Jurídico do Proponente: AVENIDA BENTO GONCALVES, 1184 | | | | | |
| Cidade: NOVA BRÉSCIA | UF: RS | Código Município: 8763 | CEP: 95950000 | E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos | DDD/Telefone: 5137571200 |
| Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA | Agência: 4714-7 | Conta Corrente: 77488 | | | |
| CPF do Responsável: ***.721.760-** | Nome do Responsável: JORGE MAMAN | | | | |
| Endereço do Responsável: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE | | | | CEP do Responsável: *****-*** | |

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

| | | |
|---|----------------|----------------|
| VALOR GLOBAL: | R\$ 358.624,00 | |
| VALOR DA CONTRAPARTIDA: | R\$ 0,00 | |
| VALOR DOS REPASSES: | Ano | Valor |
| | 2023 | R\$ 358.624,00 |
| VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: | R\$ 0,00 | |
| VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: | R\$ 0,00 | |
| VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: | R\$ 0,00 | |
| INÍCIO DE VIGÊNCIA: | 28/12/2023 | |
| FIM DE VIGÊNCIA: | 31/12/2026 | |
| VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO: | 2026 | |

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Especificação: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | | |
| Unidade de Medida: UN | Quantidade: 3.0 | Valor: | R\$ 358.624,00 |
| Início Previsto: 28/12/2023 | Término Previsto: 31/12/2026 | Valor Global: | R\$ 358.624,00 |
| UF: RS | Município: 8763 - NOVA BRÉSCIA | CEP: | |
| Endereço: | | | |
| Etapa/Fase nº: 1 | | | |
| Especificação: Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | | |
| Quantidade: 3.0 UN | Valor: R\$ 358.624,00 | Início Previsto: 28/12/2023 | Término Previsto: 31/12/2026 |

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE**

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| MÊS DESEMBOLSO: Junho | | ANO: 2024 |
| META Nº: 1 | VALOR DA META: R\$ 56.488,00 | |
| DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | |
| VALOR DO REPASSE: | R\$ 56.488,00 | PARCELA Nº: 1 |
| MÊS DESEMBOLSO: Dezembro | | ANO: 2024 |
| META Nº: 1 | VALOR DA META: R\$ 277.000,00 | |
| DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | |
| VALOR DO REPASSE: | R\$ 277.000,00 | PARCELA Nº: 2 |
| MÊS DESEMBOLSO: Janeiro | | ANO: 2025 |
| META Nº: 1 | VALOR DA META: R\$ 25.136,00 | |
| DESCRIÇÃO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | | |
| VALOR DO REPASSE: | R\$ 25.136,00 | PARCELA Nº: 3 |

**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA**

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 010883-Aparelho de Raios X - Fixo Digital | | | | |
| NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento | | | NATUREZA DA DESPESA: 449052 | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA BENTO GONCALVES, 1184 | | | | |
| CEP: 95950-000 | UF: RS | MUNICÍPIO: 8763 - NOVA BRÉSCIA | | |
| UNIDADE: UN | QUANTIDADE: 1,00 | V. UNITÁRIO: R\$ 300.000,00 | V.TOTAL: | R\$ 300.000,00 |
| <p>OBSERVAÇÃO: RAO X DIGITALGerador microprocessado de alta frequência. Potência de no mínimo 50 Kw. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kVou maior. Corrente variável entre 1 mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade térmica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/centralização impressa no tampo do bucky. Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior. Detector com fio ou sem fio (móvel) e cintilador de Iodeto de Césio, que possibilite exames na mesa, no bucky mural ou fora da mesa, maca e cadeira de rodas. Matriz ativa de no mínimo 1990 x 2048 pixels. Profundidade da imagem pós-processada de no mínimo 14 bits. Tamanho máximo do pixel de 175 micrômetros. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso. Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações dos raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem.ESPECIFICAR: SIM</p> | | | | |
| DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 011802-Centrífuga de Roupas | | | | |
| NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento | | | NATUREZA DA DESPESA: 449052 | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA BENTO GONCALVES, 1184 | | | | |
| CEP: 95950-000 | UF: RS | MUNICÍPIO: 8763 - NOVA BRÉSCIA | | |
| UNIDADE: UN | QUANTIDADE: 1,00 | V. UNITÁRIO: R\$ 54.000,00 | V.TOTAL: | R\$ 54.000,00 |
| OBSERVAÇÃO: TIPO CAPACIDADE MATERIAL DE CONFECÇÃO DO CESTO PAINEL DE COMANDO TRAVA DE SEGURANÇA: TRIPÉ DE 31 A 60 KG AÇO INOXIDÁVEL POSSUI POSSUI | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: 002274-Computador (Desktop-Básico) | | | | |
| NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento | | | NATUREZA DA DESPESA: 449052 | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: AVENIDA BENTO GONCALVES, 1184 | | | | |
| CEP: 95950-000 | UF: RS | MUNICÍPIO: 8763 - NOVA BRÉSCIA | | |
| UNIDADE: UN | QUANTIDADE: 1,00 | V. UNITÁRIO: | R\$ 4.624,00 | V.TOTAL: R\$ 4.624,00 |
| OBSERVAÇÃO: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.ESPECIFICAR: SIM | | | | |

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

| NATUREZA DA DESPESA | | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Código | Total | Recursos | Contrapartida Bens e Serviços | Rendimento de Aplicação |
| 449052 | R\$ 358.624,00 | R\$ 358.624,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL GERAL: | R\$ 358.624,00 | | | |

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

Extrato do Convênio.pdf

Termo do Convênio nº 953724.pdf
